



Znak sprawy: PN/ 22/ 2020

Jasło, dn. 2020-07-17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę respiratorów, bronchofiberoskopu, dekontaminatora powietrza i dekontaminatora - urządzenia do zamglawiania pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym otrzymaliśmy od Wykonawcy następujące pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1: dotyczy pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 72h, czasu usunięcia usterki do 14 dnia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy do 72h, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Zamawiający dopuszcza czas usunięcia wad i usterek do 10 dni.

*Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jasle
mgr Zbigniew Betlej*