Błonie dn. 15.06.2010 r.

WYJAŚNIENIE II
Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego" na dostawę aparatu USG dla SGPZOZ w Błoniu. Numer sprawy SG31/052010.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w pkt. 19 załącznika nr 1 do SIWZ dopuści maksymalną głębokość penetracji 30 cm na już dostępnej Zamawiającemu głowicy convex kompatybilnej z oferowanym aparatem? Oczekiwana przez Zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania głowica convex jest głowicą do badań specjalistycznych w której nie wykorzystuje się tej głębokości penetracji.

Odpowiedź:

Oczywistym jest, że ta funkcjonalność jest wymagana na głowicy brzusznej convex, która współpracuje z wymaganym przez Zamawiającego aparatem.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych tytułem zwłoki w dostarczeniu przedmiotu Umowy na 0,1 % wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych tytułem zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki

DYREKTOR SGPZOZ

Dr n.med. Paweł Poppe